

Mitteilung

Mängel an Laborabzügen

Am 22. April wurden im Rahmen wiederkehrender Prüfungen im radiochemischen Labor der KTE-Entsorgungsbetriebe an mehreren Abzügen Mängel festgestellt. Diese Mängel betrafen bei drei Abzügen die Signalisierung der Luftstrom-Überwachung. Bei anderen Abzügen wurde die geforderte Einströmgeschwindigkeit aus dem Bedienraum in den Abzug nicht erreicht. Die ausreichende Raumentlüftung über die Abzüge war dennoch gewährleistet.

Ein Abzug wurde außer Betrieb genommen, die beiden anderen Abzüge, können aufgrund der noch zur Verfügung stehenden optischen Signalisierung und nach Information und Anweisung an das Laborpersonals diese verstärkt zu beachten, weiter betrieben werden. Der Umfang der Kontaminationskontrollen wird bis zur Reparatur gegenüber der routinemäßigen Überwachung erweitert. Hierdurch wird sichergestellt, dass trotz teilweise verringerter Einströmgeschwindigkeit keine Gefährdung des Bedienpersonals besteht. Die festgestellten Mängel werden baldmöglichst behoben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 6. Mai 2020