

## Mitteilung

# Defekt an einem Dosisleistungsmonitor

Am 12. Dezember 2019 wurde in den Entsorgungsbetrieben der KTE im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung festgestellt, dass ein ortsfester Dosisleistungsmonitor (Pegelwächter) in einem Lagergebäude außer Funktion war. Das defekte Gerät wurde umgehend ausgetauscht. Die Pegelwächter werden wöchentlich einer Sichtprüfung unterzogen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 19. Dezember 2019