

Mitteilung

Störung an einem Tritiummonitor

Am 13. Dezember 2019 wurde in den Entsorgungsbetrieben der KTE eine Störung des Tritiummonitors einer Fortluftmessstelle angezeigt. Vor Ort wurde eine geringe Abweichung des Zählgasdurchflusses festgestellt, welche jedoch keinen Einfluss auf die Bilanzierung hatte. Der Zählgasdurchfluss wurde nachreguliert.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 19. Dezember 2019