

## Mitteilung

# Funktionsstörung an einem Messgerät zur Ortsdosisleistungsüberwachung im LAW-Zwischenlager

Am 14.11.2023 wurde im Zuge einer Wiederkehrenden Prüfung an einem ODL (Ortsdosisleistungs)-Messgerät im LAW-Zwischenlager der Entsorgungsbetriebe ein Mangel festgestellt.

Es stellte sich heraus, dass das Messgerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt war. Am gleichen Tag wurde durch die Fachtechnik ein Backup der Einstellungen aufgespielt. Die anschließende Nachprüfung war mangelfrei.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.