

Mitteilung

WKP-Mangel an einer Handschuhbox

Am 04.06.2024 wurde im LAW-Labor der Entsorgungsbetriebe eine Wiederkehrende Prüfung (WKP) an den Handschuhkästen durchgeführt. Während der Dichtheitsprüfung wurde ein Mangel an einer Handschuhbox festgestellt. Handschuhe und Kunststoffkugelhähne der Zu- und Abluft Anbindung werden ausgetauscht. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht erforderlich.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.