

Mitteilung

Ausfall der Signalisierung an zwei Labor-/Isotopenabzügen

Am 16.07.2025 wurde im radiochemischen Labor der Entsorgungsbetriebe festgestellt, dass an zwei Isotopenabzügen in Raum 108 und Raum 203 jeweils die Signalisierung der Abluftüberwachung der Abzüge ausgefallen ist. Es wurde eine Lüftungstechnische Überprüfung der Abzüge durchgeführt, bei der der ordnungsgemäße Soll-Luftdurchsatz verifiziert werden konnte.

Die Abzüge wurden für die Benutzung gesperrt und die Wartungsfirma mit der Behebung des Ausfalls beauftragt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.