

## Mitteilung

### WKP-Mangel an einer Handschuhbox

Am 21. Mai 2026 wurde an einer Handschuhbox im Labor der Entsorgungsbetriebe eine Prüfung durchgeführt. Die Dichtheit der Handschuhbox entsprach nicht den in der Prüfung vorgegebenen Werten, der Unterdruck in der Box war jedoch weiterhin gewährleistet. Ein sicheres Arbeiten war und ist jederzeit möglich.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.